

RESPUESTAS DEL PROCESO

Pregunta 1

Pregunta / Aclaración : estimados señores podrían ampliar el tiempo de entrega a 70 dias ya que los equipos solicitados son de importacion. saludos . gracias

Respuesta / Aclaración :

Fecha Pregunta : 2012-11-05 08:27:09

Archivo(s) Relacionado(s) :

Archivo :

RESPUESTA 1

El plazo se rige de acuerdo a los pliegos elaborados para el efecto.

Pregunta 2

Pregunta / Aclaración : ESTIMADOS ES POSIBLE QUE EL PLAZO DE ENTREGA COMIENZE A CORRER A PARTIR DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO Y NO DE LA FIRMA DEL CONTRATO YA QUE ESTO EVITARIA RETRASOS EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA

Respuesta / Aclaración :

Fecha Pregunta : 2012-11-05 10:14:35

Archivo(s) Relacionado(s) :

Archivo :

RESPUESTA 2

El plazo debe regirse de acuerdo a los pliegos, por lo cual no existen modificaciones.

Pregunta 3

Pregunta / Aclaración : ESTIMADOS EL ITEM 1 INCUBADORAS DE CO2 FAVOR INDICAR QUE CAPACIDAD REQUIEREN O DIMENSIONES INTERNAS MINIMAS REQUERIDAS

Respuesta / Aclaración :

Fecha Pregunta : 2012-11-05 10:15:54

Archivo(s) Relacionado(s) :

Archivo :

RESPUESTA 3

La capacidad y dimensiones es relativa, y ustedes pueden ofertar una muy grande o una muy pequeña lo interesante es que cumpla con las especificaciones técnicas, aunque mientras más grande mejor, pero debe ir acorde al precio referencial del proceso.

Acción:
Responder

Acción:
Responder

Acción:
Responder

Pregunta 4

Pregunta / Aclaración : ESTIMADOS EN EL ITEM 6 REFRIGERADOR VERTICAL DE 14 PIES. QUE RANGO DE TEMPERATURA REQUIEREN. Y TAMBIEN INDICAR SI REQUIEREN PUERTA SÓLIDA O PANORÁMICA

Acción:
Responder

Respuesta / Aclaración :

Fecha Pregunta : 2012-11-05 10:19:17

Archivo(s) Relacionado(s) :

Archivo :

RESPUESTA 4

El rango que vamos a manejar rutinariamente es de 4° C a 6° C, más menos 2° C y la puerta puede ser sólida o panorámica siempre y cuando garantice su buen funcionamiento.

Pregunta 5

Pregunta / Aclaración : ESTIMADOS EN EL ITEM 7 CONGELADOR VERTICAL DE 14 PIES FAVOR INDICAR QUE RANGO DE TEMPERATURA REQUIEREN

Respuesta / Aclaración :

Fecha Pregunta : 2012-11-05 10:20:53

Archivo(s) Relacionado(s) :

PREGUNTA 5

El rango que vamos a manejar rutinariamente es de -18° C a -22° C, más menos 3° C.

Pregunta 6

Pregunta / Aclaración : ESTIMADOS EN EL ITEM 8 Y 9 AGITADOR MAGNETICO PEQUEÑO Y AGITADOR MAGNETICO GRANDE FAVOR INDICAR QUE VELOCIDAD DE AGITACION REQUIEREN (RPM)

RESPUESTA 6

El agitador magnético es para cultivo celular, sobre todo para mezcla de sustancias, por lo cual tiene que ser variable y/o con un regulador, por lo cual puede ir desde 0 a 500, 1000 o 1400.

