



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO DE ESPECIALIDADES OTAVALO**

Roca 81 y Abdón Calderón
Teléfonos: 2920-450 / 2920-428

PROCESO Nro. SIE-IESSCEO-002-2019

**“ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL PARA EL
CENTRO DE ESPECIALIDADES OTAVALO”**

ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES

En la ciudad de Otavalo, el 22 de marzo de 2018, siendo las 11H00 en la Dirección Administrativa del Centro de Especialidades Otavalo, se instala la Comisión Técnica responsable del proceso de Subasta Inversa Electrónica Nro. **SIE-IESSCEO-002-2019** para la **“ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS DE USO GENERAL PARA EL CENTRO DE ESPECIALIDADES OTAVALO 2018”**

Siendo el día y la hora señalada y estando presentes los miembros de la Comisión, se procede a resolver las preguntas realizadas en el portal de Compras Públicas por parte de los oferentes; detalladas a continuación:

Pregunta Nro. 1

“SEÑORES: Buenas noches por favor indicar que equipos dispone la Institución en cuanto a los requerimientos de los ítems 39 y 55. Muchas gracias”

Respuesta 1

- Ítem 39: para equipo ZERONE VISION
- Ítem 55: para equipo SCHILLER AG – CARDIOVIT MS-2010

Pregunta Nro. 2

“Estimados en el ítem 5 Solicitamos que abran rangos de 100-150 ml para que así mas casas comerciales puedan participar”

Respuesta 2

- Se amplía la participación del ítem 5 con la medida entre **100 ml - 150 ml**.

Pregunta Nro. 3

“Estimados en el ítem 6 solicitamos participacion para brazalete pediátrico de color Rosado para niñas y Celeste para niños, solicitamos la participacion con esos colores la cantidad de 300 que ustedes dispongan que sena para niños y niñas”

Respuesta 3

- Se acepta la participación con los colores (rosado y azul).

Pregunta Nro. 4

“Estimados en los ítems 10 - 11 solicitamos la apertura de rangos en el bag que sea de 5-15ml, con las mismas especificaciones ya que son las que hay en el mercado”



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO DE ESPECIALIDADES OTAVALO**

Roca 81 y Abdón Calderón
Teléfonos: 2920-450 / 2920-428

Respuesta 4

- Se amplía la participación de los ítems 10 y 11 con la medida del bag mínima de **5 ml -15 ml**.

Pregunta Nro. 5

"estimados en el ítem 53 - 54 solicitamos nos aclaren para que parte del cuerpo necesitan VENDAJE DE CAPELINA No. 6 VENDAJE DE CAPELINA No. 7"

Respuesta 5

- Los ítems 53 y 54 corresponden para la utilización en cabeza u otros miembros.

Pregunta Nro. 6

"ESTIMADOS EN EL ÍTEM 46 ACLARA SI NECESITAN UNA VENDA ELASTICA DE 4 PULGADAS COBAN O UNA VENDA CON OXIDO DE ZINC QUE SERIA UNA TENSOPLAST Y NO ES ELASTICA. ACLARAR YA QUE LAS ESPECIFICACIONES ESTAN MEZCLADAS."

Respuesta 6

- Se realiza una aclaración sobre la especificación técnica del Ítem 46: Venda elástica cohesiva con rango de medida +/- el 5%, descartable.

Pregunta Nro. 7

"Estimados buenos días, su ayuda confirmando si en el ítem 22 podemos participar con la gasa de petrolato de 7.5 x 10cm?"

Respuesta 7

- No, el ítem 22 corresponde a gasa de algodón hidrófilo al 100 %, 60 cm de ancho x 100 m.

Pregunta Nro. 8

"Estimados buenos días, su ayuda confirmando si en los ítems 41 y 42 podemos participar con las sondas de 119cm?"

Respuesta 8

- Se amplía la participación del Ítem 41 y 42 con la medida mínima de **119 cm**.

Pregunta Nro. 9

"Estimados buenas tardes, su ayuda confirmando si en el ítem 4 podemos participar con el aplicador NO ESTERIL, ya que este insumos se comercializa no esteril?"

Respuesta 9

- Se acepta la participación del ítem 4 en presentación **no estéril**.

Pregunta Nro. 10

"Estimados buenas tardes, su ayuda confirmando si en el ítem 12 podemos participar con la cinta de 19mm por 50cm?"



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO DE ESPECIALIDADES OTAVALO**

Roca 81 y Abdón Calderón
Teléfonos: 2920-450 / 2920-428

Respuesta 10

- No, por favor limitarse a los pliegos y especificaciones técnicas.

Pregunta Nro. 11


"Estimados buenas tardes, su ayuda confirmando si en los ítems 40 y 45 solicitan los insumos por unidades o paquetes?"

Respuesta 11

- Los ítems 40 y 45 corresponden a la presentación en unidades.

Una vez absueltas todas las preguntas se concluye la sesión, la comisión técnica dispone que se publique la presente acta en el portal www.compraspublicas.gob.ec

Al no quedar ningún punto pendiente que tratar, se clausura la presente sesión, siendo las 12H00.


LCDA. VACA PERUGACHI VIVIANA MARIBEL
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN


LCDA. VINUEZA PAREDES EVELYN FERNANDA
TITULAR DEL ÁREA REQUERENTE


LCDA. GENOVEVA DEL ROCIO FRAGA SALAZAR
PROFESIONAL AFÍN AL OBJETO DE
LA CONTRATACIÓN

La secretaria del proceso quien actúa sin voz ni voto dentro del presente proceso, da fe que el contenido de la presente acta fue realizada de conformidad a la decisión analizada y adoptada por la Comisión y que la presente es ratificada y aprobada en todo su contenido por la decisión unánime de la Comisión.


ING. GUEVARA GUEVARA JOHANA JULIETA
SECRETARIA DEL PROCESO