	DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS		
	ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES		
VERSIÓN: 1.2	CODIGO: GAD-P03-S02-F01-A	FECHA: 2023	PÁG: 1

ACTA Nro. 1

PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES

SIE-HGSQ-2025-173

"ADQUISICIÓN DE LENTES UROLÓGICOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR DE QUITO"

En la ciudad de Quito, hoy 23 de diciembre de 2025 siendo las 12h00, en la sala de sesiones de la Coordinación Institucional de Compras Públicas; como designada responsable de la ejecución precontractual del proceso signado con el código **SIE-HGSQ-2025-173** para la **"ADQUISICIÓN DE LENTES UROLÓGICOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR DE QUITO"**; notificado mediante memorando Nro. IESS-HG-SQ-CICP-2025-3166-M de 16 de diciembre de 2025, dejo constancia de las preguntas, respuestas y aclaraciones realizadas dentro del proceso, que a continuación detallo:

DESARROLLO:

PUNTO 1.- LECTURA Y CONOCIMIENTO DE LAS PREGUNTAS -

En virtud de las preguntas entregadas por el Gestor responsable del proceso dentro del SOCE, se inicia con la revisión y análisis respectivo, del cual se desprende lo siguiente:


Inicio	Datos Generales	Consultar	Entidad Contratante
» Preguntas Realizadas y/ó Aclaraciones			
Regresar			
Información del Proceso de Contratación			
CÓDIGO:	SIE-HGSQ-2025-173		
OBJETO DEL PROCESO:	ADQUISICIÓN DE LENTES UROLÓGICOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR DE QUITO		
DESCRIPCIÓN:	ADQUISICIÓN DE LENTES UROLÓGICOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR DE QUITO		
Página 1			
Pregunta 1			
Pregunta / Aclaración : Estimada entidad por favor informar si los lentes para el resectoscopio solicitados deben ser compatibles con alguna marca en específico??			Acción: Responder
Respuesta / Aclaración :			
Fecha Pregunta : 2025-12-18 08:43:11			
Archivo(s) Relacionado(s) :			
Archivo :			
Pregunta 2			
Pregunta / Aclaración : Estimada entidad por favor confirmar cual es el equipo que dispone la entidad??			Acción: Responder
Respuesta / Aclaración :			
Fecha Pregunta : 2025-12-18 08:43:29			
Archivo(s) Relacionado(s) :			
Archivo :			
Regresar Agregar Aclaración			

PUNTO 2.- RESPUESTA A LAS PREGUNTAS REALIZADAS POR LOS PROVEEDORES INTERESADOS

La Designada responsable de la ejecución precontractual, deja constancia que en el presente proceso **SI** se realizaron preguntas por parte de los oferentes.

Pregunta 1

Pregunta / Aclaración : Estimada entidad por favor informar si los lentes para el resectos copio

	DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS		
	ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES		
VERSIÓN: 1.2	CODIGO: GAD-P03-S02-F01-A	FECHA: 2023	PÁG: 2

solicitados deben ser compatibles con alguna marca en específico??

Respuesta / Aclaración : Estimado oferente si deben ser compatibles, la marca del resectoscopio con el que cuenta la institución es marca TONTARRA 26 FR

Pregunta 2

Pregunta / Aclaración: Estimada entidad por favor confirmar cual es el equipo que dispone la entidad??

Respuesta / Aclaración : Estimado oferente, la marca del resectoscopio con el que cuenta la institución es marca TONTARRA 26 FR.

3.- ACLARACIONES

La Designada responsable de la ejecución precontractual, deja constancia que en el presente proceso **SI** se realizan aclaraciones al pliego

ACLARACION 1

Estimados oferentes se aclara en el punto **24** Obligaciones del contratante, del documento de las Especificaciones Técnicas, lo siguiente

-Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en un plazo de 03 días contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.

ACLARACION 2

Estimados oferentes se aclara en el punto 12. Evaluación de la oferta, del documento de las Especificaciones Técnicas, lo siguiente

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN CUMPLE/NO CUMPLE


PARÁMETROS DE EVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
Integridad de la Oferta (formularios)		
Especificaciones Técnicas		

ACLARACION 3

Estimado oferente se aclara en el punto 12.12 Verificación del cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta, del documento de las Especificaciones Técnicas, lo siguiente:

Se empleará una única etapa de evaluación a través de la metodología "Cumple / No Cumple", en los procedimientos de Subasta Inversa Electrónica.

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
Integridad de la Oferta (formularios)		
Especificaciones Técnicas		

	DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS		
	ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES		
VERSIÓN: 1.2	CODIGO: GAD-P03-S02-F01-A	FECHA: 2023	PÁG: 3

ACLARACION 4

Estimados oferentes se aclara en el punto 20 Sugerencia de designación de comisión técnica o designados Delegado Responsable de la Ejecución Precontractual, del documento de las Especificaciones Técnicas, lo siguiente

NOMBRES	CARGO	CÉDULA	DESIGNACIÓN
Esp. Andrea Patricia Trujillo Calderón	Coordinadora Institucional de Urología del Hospital General del Sur de Quito, Encargada	1718360116	Designado por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado

4.- VARIOS

Suscribo el presente documento como constancia de lo realizado, a fin de gestionar la publicación del mismo y poder continuar con la etapa correspondiente.

Espc. Andrea Patricia Trujillo Calderón
Designada Responsable de la ejecución precontractual.