	DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS		
	ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES		
VERSIÓN: 1.2	CODIGO: GAD-P03-S02-F01-A	FECHA: 2023	PÁG: 1 de 10

ACTA Nro. SIE-HGB-IESS-2025-069-002

PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES

SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA Nro. SIE-HGB-IESS-2025-069

“ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA -128 CORTES, POR REPOSICION PARA EL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DEL HOSPITAL GENERAL BABAHOYO 2025”

En la ciudad de Babahoyo, hoy 4 de septiembre del 2025 siendo las 08H00, en la Sala de Juntas del Hospital General Babahoyo; se reúne la Comisión Técnica conformada por la: Lcda. Manuela del Rocío Pazmiño Fuentes, delegado de la máxima autoridad / presidente de la Comisión Técnica, la Lcda. Elizabeth Katherine Chernes Naranjo, Titular del Área Requirente y el Mgs. Juan Alberto Morante Ramírez como Profesional Afín al objeto de la contratación; dentro del proceso de contratación signado con el código Nro. **SIE-HGB-IESS-2025-052** para la **“ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA -128 CORTES, POR REPOSICION PARA EL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DEL HOSPITAL GENERAL BABAHOYO 2025”** notificados mediante memorando Nro. IESS-CPG-2025-0721-M del 27 de agosto del 2025; para tratar el siguiente orden:

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación de *Quórum* e instalación de la sesión;
2. Lectura y conocimiento de las Preguntas realizadas a través del Portal del SERCOP
3. Respuesta a las preguntas realizadas por los proveedores interesados de conformidad con el artículo 72 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, las preguntas realizadas por el oferente invitado, se responderán en el término que para el efecto se establezca en los pliegos.
4. Aclaraciones de conformidad con el artículo 73 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se determina que por iniciativa propia y a pedido de los participantes, se realizarán aclaraciones al pliego, que no modificarán el objeto de la contratación, ni su presupuesto referencial. (De ser el caso)
5. Varios

DESARROLLO:


PUNTO 1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN. -

Una vez que se verifica la asistencia del *quórum* reglamentario conforme lo determina el artículo 58 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se instala la sesión.

PUNTO 2.- LECTURA Y CONOCIMIENTO DE LAS PREGUNTAS -

El presidente de la Comisión Técnica, solicita que, a través del secretario, se de lectura a las preguntas formuladas a través del Portal Institucional del SERCOP.

El secretario de la Comisión Técnica informa a los asistentes, que hasta la hora y fecha límite establecido en los pliegos, se formularon las siguientes preguntas:

	DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS		
	ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES		
VERSIÓN: 1.2	CODIGO: GAD-P03-S02-F01-A	FECHA: 2023	PÁG: 2 de 10

Pregunta 1

Pregunta / Aclaración: ESTIMADOS LUEGO DE UN COORDIAL SALUDO NECESITO UNA ACLARACION EN LOS PLIEGOS INDICA EN EL NUMERAL 13.2 PERSONAL TECNICO MINIMO PIDEN 2 LICENCIAS OCUPACIONAL DE SEGURIDAD RADIOLOGICA PARA EL TECNICO ESPECIALISTA EN INSTALACION Y EL TECNICO COORDINADOR DE PROYECTO Y TAMBIEN LA LICENCIA OCUPACIONAL DEL TECNICO DE MANTENIMIENTO ESO EN LOS PLIEGOS Y EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA ESTAN PIDIENDO SOLO DOS LICENCIAS OCUPACIONAL Y UN CERTIFICADO DE EXPERIENCIA EN MANTENIMIENTO MI PREGUNTA ES CUAL DE LAS DOS ES LA QUE SE DEBE ADJUNTAR A LA OFERTA LA DE LOS PLIEGOS O DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

Respuesta / Aclaración: Presentar Licencia ocupacional vigente para realizar mantenimiento a equipos emisores de radiación ionizante. Esta es otorgada por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Licencia Ocupacional de Seguridad Radiologica Profesional A

Fecha Pregunta: 2025-08-30 14:26:14

Pregunta 2

Pregunta / Aclaración: Estimada entidad, sería posible que se comparta un número de contacto u otro canal del HOSPITAL GENERAL BABHOYO para poder establecer correctamente el día de visita para la inspección y evaluación del área que se pide en el TDR.

Respuesta / Aclaración: DRA ORICEL FERNANDEZ OLIVA TEL: 095 889 7765, LCDA ELIZABETH CHERNES N tel: 0983667863

Fecha Pregunta: 2025-09-01 13:02:53

Pregunta 3

Pregunta / Aclaración: Un cordial saludo a la entidad contratante. En los términos de referencia del presente proceso en el literal 13.2 Personal Técnico nos solicita como fuente y medio de verificación para el Técnico de mantenimiento la Licencia Ocupacional de Seguridad Radiológica- Profesional A, mientras que en el siguiente literal 13.3 Experiencia del Personal Técnico no solicitan la Licencia como fuente y medio de verificación. ¿La pregunta es, Se requiere que el técnico de Mantenimiento cuente con la Licencia Ocupacional de Seguridad Radiológica - Profesional A?

Respuesta / Aclaración: Presentar Licencia ocupacional vigente para realizar mantenimiento a equipos emisores de radiación ionizante jefe de proyectos , supervisor.

Fecha Pregunta: 2025-09-01 14:37:30

Pregunta 4

Pregunta / Aclaración: Estimada entidad: Cuál es la situación de transformadores trifásicos disponibles para el CT KvA disponible y voltaje secundario. ¿Cuál es el consumo en KVA del equipo que se va a reemplazar?

Respuesta / Aclaración: se recomienda que las empresas que van a participar realicen una inspección en campo para que se su oferta se ajuste a la realidad del área. Se pueden acercar al hospital de lunes a viernes de 7 a 15#30pm con la responsable del servicio de imagenología.


Fecha Pregunta: 2025-09-01 15:03:59

Pregunta 5

Pregunta / Aclaración: Favor enviar planos de las salas del equipo a intervenir en formato Autocad de preferencia

Respuesta / Aclaración: se recomienda que las empresas que van a participar realicen una inspección en campo para que se su oferta se ajuste a la realidad del área. Se pueden acercar al hospital de lunes a viernes de 7 a 15#30pm con la responsable del servicio de imagenología.

Fecha Pregunta: 2025-09-01 15:04:33

	DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS		
	ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES		
VERSIÓN: 1.2	CODIGO: GAD-P03-S02-F01-A	FECHA: 2023	PÁG: 3 de 10

Pregunta 6

Pregunta / Aclaración: Favor enviar el último informe de mantenimiento de la malla de tierra para este equipo.

Respuesta / Aclaración: Se recomienda que las empresas que van a participar realicen una inspección en campo para que se su oferta se ajuste a la realidad del área. Se pueden acercar al hospital de lunes a viernes de 7 a 15#30pm con la responsable del servicio de imagenología.

Fecha Pregunta: 2025-09-01 15:05:58

Pregunta 7

Pregunta / Aclaración: En caso de reemplazo de equipos que se encuentren instalados, definir si el contratista adjudicado deberá hacer la chatarrización responsable del mismo o solamente entregar a activo fijo del Hospital.

Respuesta / Aclaración: Estimados, se solicita que la empresa adjudicada realice el trámite correspondiente con la entidad para el proceso de chatarrización o destino final de los equipos de baja por reposición, ya que la entidad entregará la documentación necesaria para dichos proceso.

Fecha Pregunta: 2025-09-01 15:06:28

Pregunta 8

Pregunta / Aclaración: Favor enviar el diagrama unifilar de estas instalaciones

Respuesta / Aclaración: Se recomienda que las empresas que van a participar realicen una inspección en campo para que se su oferta se ajuste a la realidad del área. Se pueden acercar al hospital de lunes a viernes de 7 a 15#30pm con la responsable del servicio de imagenología.

Fecha Pregunta: 2025-09-01 15:06:41

Pregunta 9

Pregunta / Aclaración: ¿Las protecciones, puertas y ventana de los sitios están plomadas? Favor compartir la memoria del cálculo de blindaje del equipo instalado en esta sala de examen.

Respuesta / Aclaración: Se recomienda que las empresas que van a participar realicen una inspección en campo para que se su oferta se ajuste a la realidad del área. Se pueden acercar al hospital de lunes a viernes de 7 a 15#30pm con la responsable del servicio de imagenología.


Fecha Pregunta: 2025-09-01 15:07:21

Pregunta 10

Pregunta / Aclaración: ¿Cuál es el estado actual de la climatización de estas salas?

Respuesta / Aclaración: Se recomienda que las empresas que van a participar realicen una inspección en campo para que se su oferta se ajuste a la realidad del área. Se pueden acercar al hospital de lunes a viernes de 7 a 15#30pm con la responsable del servicio de imagenología.

Fecha Pregunta: 2025-09-01 15:07:35

	DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS		
	ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES		
VERSIÓN: 1.2	CODIGO: GAD-P03-S02-F01-A	FECHA: 2023	PÁG: 4 de 10

Pregunta 11

Pregunta / Aclaración: Favor indicar el espesor de paredes, losa y resistencia de losa el sistema constructivo de la mampostería del área ejemplo mampostería de bloque vacío de 10cm / mampostería maciza de ladrillo mambón de 15cm o paredes con láminas de plomo.

Respuesta / Aclaración: Se recomienda que las empresas que van a participar realicen una inspección en campo para que se su oferta se ajuste a la realidad del área. Se pueden acercar al hospital de lunes a viernes de 7 a 15#30pm con la responsable del servicio de imagenología.

Fecha Pregunta: 2025-09-01 15:07:53

Pregunta 12

Pregunta / Aclaración: Favor indicar la altura final piso techo de las salas de instalación.

Respuesta / Aclaración: Se recomienda que las empresas que van a participar realicen una inspección en campo para que se su oferta se ajuste a la realidad del área. Se pueden acercar al hospital de lunes a viernes de 7 a 15#30pm con la responsable del servicio de imagenología.

Fecha Pregunta: 2025-09-01 15:08:14

Pregunta 13

Pregunta / Aclaración: Favor indicar si el hospital dispone de una malla a tierra independiente para cada equipo y si están interconectadas entre ellas?

Respuesta / Aclaración: Se recomienda que las empresas que van a participar realicen una inspección en campo para que se su oferta se ajuste a la realidad del área. Se pueden acercar al hospital de lunes a viernes de 7 a 15#30pm con la responsable del servicio de imagenología.

Fecha Pregunta: 2025-09-01 15:08:51

Pregunta 14

Pregunta / Aclaración: Favor indicar la distancia en recorrido desde la acometida eléctrica del hospital hasta los equipos.

Respuesta / Aclaración: Se recomienda que las empresas que van a participar realicen una inspección en campo para que se su oferta se ajuste a la realidad del área. Se pueden acercar al hospital de lunes a viernes de 7 a 15#30pm con la responsable del servicio de imagenología.

Fecha Pregunta: 2025-09-01 15:09:04

Pregunta 15

Pregunta / Aclaración: Indicar si se cuenta con puntos de red disponibles en las salas de instalación.

Respuesta / Aclaración: Se recomienda que las empresas que van a participar realicen una inspección en campo para que se su oferta se ajuste a la realidad del área. Se pueden acercar al hospital de lunes a viernes de 7 a 15#30pm con la responsable del servicio de imagenología.


Fecha Pregunta: 2025-09-01 15:09:19

Pregunta 16

Pregunta / Aclaración: Favor indicar si se dispone de ducterías canaletas porta cables, escalerillas, ductos para las instalaciones y conexiones eléctricas desde la acometida principal del hospital hasta el equipo.

Respuesta / Aclaración: Se recomienda que las empresas que van a participar realicen una inspección en campo para que se su oferta se ajuste a la realidad del área. Se pueden acercar al hospital de lunes a viernes de 7 a 15#30pm con la responsable del servicio de imagenología.

Fecha Pregunta: 2025-09-01 15:09:33

	DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS		
	ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES		
VERSIÓN: 1.2	CODIGO: GAD-P03-S02-F01-A	FECHA: 2023	PÁG: 5 de 10

Pregunta 17

Pregunta / Aclaración: Estimada entidad: En vista de que en una visita técnica es posible que no se obtenga la información completa sobre materiales o elementos específicos como: espesor de lámina de plomo en vidrio plomado, espesor de lámina de plomo en puerta de ingreso favor compartir la documentación justificante / ficha técnica de los elementos de protección radiológica arriba mencionados. Se hace hincapié, en que, la visita de inspección no asegura que la entidad hospitalaria proporcione toda la información requerida por el oferente. Ya que esto determinará el alcanza de proyecto y costos a incluir.

Respuesta / Aclaración: Se recomienda que las empresas que van a participar realicen una inspección en campo para que se su oferta se ajuste a la realidad del área. Se pueden acercar al hospital de lunes a viernes de 7 a 15#30pm con la responsable del servicio de imagenología.

Fecha Pregunta: 2025-09-01 15:14:25

Pregunta 18

Pregunta / Aclaración: Estimada Entidad, es posible manejar un tope de Multas del 10%?

Respuesta / Aclaración: estimado proveedor en relación a las multas se encuentra estipuladas en los términos de referencia.

Fecha Pregunta: 2025-09-02 13:43:52

Pregunta 19

Pregunta / Aclaración: Estimada entidad, en el equipo mínimo solicitan un vehículo. Solicitamos eliminar este requisito.

Las empresas debemos tener un sistema de Buenas prácticas de transporte de equipos médicos. Favor reemplazar este requisito por el de adjuntar el certificado de BPADT de la empresa. Con esto se garantiza que la empresa cumpla TODO lo referente a transporte del equipo con calidad.

Respuesta / Aclaración: es indispensable que la empresa cuente con una adecuada transportación para el equipo solicitado.

Fecha Pregunta: 2025-09-02 13:44:47

Pregunta 20

Pregunta / Aclaración: Estimada Entidad Contratante, favor indicar, en el caso de las instalaciones eléctricas existentes, ¿estas pueden ser reutilizadas por el proveedor adjudicado en el proceso instalación del nuevo equipo?

Respuesta / Aclaración: Pueden ser reutilizadas si las mismas garantizan la correcta instalación y funcionamiento del equipo

Fecha Pregunta: 2025-09-02 13:47:58

Pregunta 21

Pregunta / Aclaración: Se solicita a la Entidad Contratante indicar: El área donde funcionara el equipo cuenta con infraestructura de red y servicio de internet para mantener conexión remota de los equipos, así como también el envío de imágenes en modo Dicom tanto para impresoras, PACs, salas de informes?

Respuesta / Aclaración: Se recomienda que las empresas que van a participar realicen una inspección en campo para que se su oferta se ajuste a la realidad del área. Se pueden acercar al hospital de lunes a viernes de 7 a 15#30pm con la responsable del servicio de imagenología, pero si contamos con el sistema PACS. Para envío de las imágenes.


Fecha Pregunta: 2025-09-02 13:49:33

Pregunta 22

Pregunta / Aclaración: Estimada Entidad Contratante, por favor su confirmación de: El Hospital cuenta con la licencia de? ¿Radiodiagnóstico Medico vigente? ¿En caso de que no estén vigentes o la SCAN mantenga observaciones que impidan la normal importación de los equipos, la institución gestionara una autorización de importación provisional y el tiempo que esto tarde no será atribuible a posibles retrasos en la entrega por parte del oferente?

Respuesta / Aclaración: la licencia se encuentra en tramite a la espera que sea emitida por el MEM

Fecha Pregunta: 2025-09-02 13:50:31

	DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS		
	ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES		
VERSIÓN: 1.2	CODIGO: GAD-P03-S02-F01-A	FECHA: 2023	PÁG: 6 de 10

Pregunta 23

Pregunta / Aclaración: Estimada Entidad Contratante, favor indicar: En el caso de la memoria técnica de cálculo de blindaje y el levantamiento radiométrico, ¿su ejecución estará a cargo del hospital?

Respuesta / Aclaración: Se recomienda que las empresas que van a participar realicen una inspección en campo para que se su oferta se ajuste a la realidad del área. Se pueden acercar al hospital de lunes a viernes de 7 a 15#30pm con la responsable del servicio de imagenología.

Fecha Pregunta: 2025-09-02 13:51:06

Pregunta 24

Pregunta / Aclaración: Se solicita a la Entidad Contratante indicar si: En el área donde se instalará el nuevo equipo de tomografía, la canalización para el paso de cableado eléctrico, ¿control y de telecomunicaciones puede ser externa o debe ser empotrada en pisos y paredes?

Respuesta / Aclaración: Se recomienda que las empresas que van a participar realicen una inspección en campo para que se su oferta se ajuste a la realidad del área. Se pueden acercar al hospital de lunes a viernes de 7 a 15#30pm con la responsable del servicio de imagenología, Toda canalización debe ser empotrada. Las instalaciones también pueden hacerse sobre el cielo falso del techo.

Fecha Pregunta: 2025-09-02 13:51:33

Pregunta 25

Pregunta / Aclaración: Se solicita a la Entidad Contratante indicar si: ¿En lo referente a la? las adecuaciones de infraestructura?, se deben incluir: pintura de paredes, iluminación, cambio de piso vinil con curva sanitaria y clip de remate, cielo falso, un escritorio para un servicio, ¿incluye 1 banco de cajoneras y 1 silla ergonómica?

Respuesta / Aclaración: Si se debe incluir pintura de paredes, iluminación, piso de vinil con curva sanitaria y clip de remate, cielo falso y mobiliario.

Fecha Pregunta: 2025-09-02 13:52:07

Pregunta 26

Pregunta / Aclaración: Se solicita a la Entidad Contratante indicar si: ¿En lo referente a la? las adecuaciones de infraestructura?, se deben incluir: pintura de paredes, iluminación, cambio de piso vinil con curva sanitaria y clip de remate, cielo falso, un escritorio para un servicio, ¿incluye 1 banco de cajoneras y 1 silla ergonómica?

Respuesta / Aclaración: Se recomienda que las empresas que van a participar realicen una inspección en campo para que se su oferta se ajuste a la realidad del área. Se pueden acercar al hospital de lunes a viernes de 7 a 15#30pm con la responsable del servicio de imagenología,


Fecha Pregunta: 2025-09-02 13:52:21

Pregunta 27

Pregunta / Aclaración: Estimada Entidad Contratante, ¿agradeceremos confirmar si el área designada para la instalación del equipo de tomografía cuenta con las barreras de seguridad radiológicas primarias como vidrio, puerta y paredes plomadas? De contar con puerta y vidrio plomado, por favor confirmar la especificación del Plomo, así como especificar el material de construcción de paredes.

Respuesta / Aclaración: Se recomienda que las empresas que van a participar realicen una inspección en campo para que se su oferta se ajuste a la realidad del área. Se pueden acercar al hospital de lunes a viernes de 7 a 15#30pm con la responsable del servicio de imagenología,

Fecha Pregunta: 2025-09-02 13:52:39

	DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS		
	ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES		
VERSIÓN: 1.2	CODIGO: GAD-P03-S02-F01-A	FECHA: 2023	PÁG: 7 de 10

Pregunta 28

Pregunta / Aclaración: Se solicita a la entidad contratante indicar: El área donde funcionará el equipo cuenta con un sistema de climatización que garantice condiciones apropiadas de temperatura y humedad? En el caso de no disponer de este tipo de sistemas de climatización, el proveedor adjudicado debe suministrar un sistema de climatización tipo Split y deshumificador, el cual garantice el correcto funcionamiento del equipo, ¿en el área donde funcionará el equipo?

Respuesta / Aclaración: Se recomienda que las empresas que van a participar realicen una inspección en campo para que se su oferta se ajuste a la realidad del área. Se pueden acercar al hospital de lunes a viernes de 7 a 15#30pm con la responsable del servicio de imagenología, El proveedor deberá asumir el costo de las adecuaciones necesarias para la correcta instalación y funcionamiento del bien ofertado, sus accesorios y sistema UPS. El sistema de climatización actual puede ser utilizado y/o actualizado, siempre que garantice el funcionamiento adecuado del equipo de tomografía.

Fecha Pregunta: 2025-09-02 13:52:57

Pregunta 29

Pregunta / Aclaración: ¿Estimada Entidad Contratante, favor indicarCuál es la capacidad y voltaje primario y secundario del transformador eléctrico al cual se conectará el equipo de tomografía?

Respuesta / Aclaración: Se recomienda que las empresas que van a participar realicen una inspección en campo para que se su oferta se ajuste a la realidad del área. Se pueden acercar al hospital de lunes a viernes de 7 a 15#30pm con la responsable del servicio de imagenología,

Fecha Pregunta: 2025-09-02 13:53:11

Pregunta 30

Pregunta / Aclaración: Estimada Entidad Contratante, considerando que los transformadores eléctricos son contruidos de acuerdo con una especificación técnica, en el caso de que se requiera el reemplazo de los transformadores, ¿el tiempo que dure la construcción del transformador eléctrico será reconocido como adicional al plazo de ejecución contractual?

Respuesta / Aclaración: El plazo de ejecución del contrato es de 180 días.

Fecha Pregunta: 2025-09-02 13:53:29

Pregunta 31

Pregunta / Aclaración: Se solicita a la entidad contratante indicar: ¿El hospital cuenta con un sistema de puesta a tierra? En caso afirmativo, ¿cuál es el valor en ohm de la resistencia de puesta a tierra?

Respuesta / Aclaración: Se recomienda que las empresas que van a participar realicen una inspección en campo para que se su oferta se ajuste a la realidad del área. Se pueden acercar al hospital de lunes a viernes de 7 a 15#30pm con la responsable del servicio de imagenología,


Fecha Pregunta: 2025-09-02 13:53:43

Pregunta 32

Pregunta / Aclaración: Se solicita a la Entidad Contratante indicar si: ¿En lo referente a la? ¿las instalaciones eléctricas?, el diseño del sistema eléctrico del equipo de tomografía debe ser realizado en función de la norma IEC 60364-7-710?

Respuesta / Aclaración: Se recomienda que las empresas que van a participar realicen una inspección en campo para que se su oferta se ajuste a la realidad del área. Se pueden acercar al hospital de lunes a viernes de 7 a 15#30pm con la responsable del servicio de imagenología, El diseño de las adecuaciones eléctricas deberá minimizar los riesgos eléctricos para los pacientes, el personal médico y los equipos sensibles en entornos de atención médica. Se aceptan las directrices de la norma IEC 60364-7-7-10 con a la finalidad de garantizar la seguridad eléctrica.

Fecha Pregunta: 2025-09-02 13:53:53

	DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS		
	ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES		
VERSIÓN: 1.2	CODIGO: GAD-P03-S02-F01-A	FECHA: 2023	PÁG: 8 de 10

Pregunta 33

Pregunta / Aclaración: Se solicita a la Entidad Contratante indicar si: En lo referente a: ¿El UPS debe estar contemplado en su mantenimiento durante la vida útil ??, el proveedor adjudicado debe considerar 2 años o 10 años de mantenimiento? Favor especificar si: ¿los mantenimientos preventivos y correctivos tendrán el mismo tratamiento que el equipo de rayos X principal?

Respuesta / Aclaración: **NO**. Solo por la duración del contrato (2 años). En el contrato de mantenimiento posterior a garantía se debe incluir el mantenimiento de UPS como parte integral del equipo se solicita una Carta de compromiso de repuesto y accesorios de soporte técnico durante la vigencia tecnológica 10 años de vida útil.

Fecha Pregunta: 2025-09-02 13:54:12

Pregunta 34

Pregunta / Aclaración : Se solicita a la Entidad Contratante indicar si: En lo referente a: ? verificar si el área destinada a realizar la instalación cumple con todos los requerimientos técnicos para la ejecución de la instalación por lo que se recomienda que las empresas que van a participar realicen una inspección en campo para que se su oferta se ajuste a la realidad del área? se puede realizar una inspección del área para determinar los alcances y las adecuaciones solicitadas por el Hospital? Al finalizar la inspección, el hospital entregará un certificado/acta de inspección que incluya la confirmación de alcances? Favor indicar la persona de contacto.

Respuesta / Aclaración: DRA. ORICEL FERNANDEZ OLIVA, LCDA, ELIZABETH CHERNES N, responsables del servicio de imagenología, al final finalizar la visita el proveedor deberá realizar un informe de la inspección realizada donde será ubicado equipo.

Fecha Pregunta: 2025-09-02 13:54:34

Pregunta 35

Pregunta / Aclaración: Se solicita a la Entidad Contratante indicar si: En lo referente a: ¿el equipo deberá contar con un UPS propio?, ¿el proveedor adjudicado debe suministrar un UPS con autonomía de 10 minutos, que abarque la capacidad total del equipo?

Respuesta / Aclaración: Si, el proveedor deberá suministrar un UPS con autonomía de al menos 10 minutos para todo el sistema de tomografía. La UPS podrá estar ubicada dentro de la sala de Tomografía Computada. La UPS no puede ser ubicada en la sala de consola de operación.

Fecha Pregunta: 2025-09-02 13:54:48

Pregunta 36

Pregunta / Aclaración: Se solicita a la Entidad Contratante indicar si: En lo referente a: El proveedor adjudicado será responsable de cumplir con la desinstalación Equipo a reponer?, el proveedor adjudicado debe considerar el traslado del equipo desinstalado a la bodega ubicada dentro del hospital?

Respuesta / Aclaración: Estimados, se solicita que la empresa adjudicada realice el trámite correspondiente con la entidad para el proceso de chatarrización o destino de bodegaje, ya que la entidad entregará la documentación necesaria para dichos procesos.


Fecha Pregunta: 2025-09-02 13:54:59

Pregunta 37

Pregunta / Aclaración: Se solicita a la Entidad Contratante, ¿en lo referente a? adecuaciones de infraestructura de ser el caso eléctrico, sanitario, etc.?, favor aclarar los alcances.

Respuesta / Aclaración: Se recomienda que las empresas que van a participar realicen una inspección en campo para que se su oferta se ajuste a la realidad del área. Se pueden acercar al hospital de lunes a viernes de 7 a 15#30pm con la responsable del servicio de imagenología, El proveedor deberá asumir el costo de las adecuaciones necesarias para la correcta instalación y funcionamiento del bien ofertado, sus accesorios y sistema UPS, incluyendo el sistema eléctrico y obras sanitarias.

Fecha Pregunta: 2025-09-02 13:55:12

	DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS		
	ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES		
VERSIÓN: 1.2	CODIGO: GAD-P03-S02-F01-A	FECHA: 2023	PÁG: 9 de 10

Pregunta 38

Pregunta / Aclaración: ¿Se solicita a la Entidad Contratante, en lo referente a? UPS de Grado Médico que proteja específicamente SISTEMA DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA DE -128 CORTES?, favor aclarar los alcances o especificar que condición especial debe tener el UPS de grado médico.

Respuesta / Aclaración: El sistema UPS debe poseer una capacidad eléctrica de al menos 20% más del suministro eléctrico requerido para el funcionamiento normal del Sistema de Tomografía Computarizada de 128 cortes con al menos 10 minutos de autonomía.

Fecha Pregunta: 2025-09-02 13:55:24

Pregunta 39

Pregunta / Aclaración: Se solicita a la Entidad Contratante indicar si: En lo referente a: Dos 2 delantales de protección radiológico, Dos 2 protectores de tiroideos para rayos x, ¿Dos 2 kit de protección para gónadas 3 tamaños? se refiere a protecciones con plomo?

Respuesta / Aclaración: Protecciones con plomo o su equivalente en absorción

Fecha Pregunta: 2025-09-02 13:55:36

Pregunta 40

Pregunta / Aclaración: ¿Estimada entidad contratante, el equipo actual debe ser desinstalado por el oferente?

Respuesta / Aclaración: Estimados, se solicita que la empresa adjudicada realice el trámite correspondiente con la entidad para el proceso de chatarrización o destino de bodega, ya que la entidad entregará la documentación necesaria para dichos procesos.

Fecha Pregunta: 2025-09-02 13:55:59

Pregunta 41

Pregunta / Aclaración: ¿Estimada entidad contratante el equipo actual debe ser transportado a una bodega dentro de las instalaciones del Hospital General Babahoyo? ¿si no es así, a cuál lugar debe transportarse el equipo?

Respuesta / Aclaración: Estimados, se solicita que la empresa adjudicada realice el trámite correspondiente con la entidad para el proceso de chatarrización o destino de bodega, ya que la entidad entregará la documentación necesaria para dichos procesos.

Fecha Pregunta: 2025-09-02 13:56:16

Pregunta 42

Pregunta / Aclaración: ¿Estimada entidad contratante, las capacitaciones serán impartidas por especialista entrenado y certificado por el fabricante del equipo ofertado?

Respuesta / Aclaración: Para asegurar el correcto funcionamiento del Sistema de Tomografía Computarizadas de 128 cortes, las capacitaciones deben ser impartidas por personal especialista entrenado y certificado por el fabricante el equipo ofertado

Fecha Pregunta: 2025-09-02 13:56:44

Pregunta 43

Pregunta / Aclaración: ¿Estimada entidad contratante, el capacitador debe estar certificado en el modelo y marca de equipo ofertado?

Respuesta / Aclaración: Si, Para asegurar el correcto funcionamiento del Sistema de Tomografía Computarizadas de 128 cortes, el capacitador debe estar certificado en el modelo y marca del equipo ofertado


Fecha Pregunta: 2025-09-02 13:57:02

Pregunta 44

Pregunta / Aclaración: ¿Estimada entidad contratante Las capacitaciones deben tener un mínimo de días? ¿Estos días son continuos? ¿las aplicaciones deben tener un mínimo de horas diarias?

Respuesta / Aclaración: Las capacitaciones deberán de ser de al menos 5 días continuos o más si son sugeridas por el fabricante del equipo. Estas deben durar al menos 8 horas por día.

Fecha Pregunta: 2025-09-02 13:57:27

	DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS		
	ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES		
VERSIÓN: 1.2	CODIGO: GAD-P03-S02-F01-A	FECHA: 2023	PÁG: 10 de 10

Pregunta 45

Pregunta / Aclaración: Estimada entidad contratante Debe incluirse capacitación en algún día posterior a la primera capacitación? ¿Estas deben tener un mínimo de días continuos? ¿Cuántos días posterior a la primera capacitación se debe impartir esta capacitación?

Respuesta / Aclaración: Se deberá incluir igual número y condición de días de capacitación, en un plazo 60 días posterior a la primera capacitación.

Fecha Pregunta: 2025-09-02 13:57:43

Pregunta 46

Pregunta / Aclaración: Estimada entidad contratante, la inclinación del gantry +/- 20 grados o mayor inclinación requerida en el ítem 5.01 de la ficha técnica TAC -03 Rev-04 debe ser física o digital?

Respuesta / Aclaración: Para asegurar el debido abordaje de pacientes en procedimientos especiales la inclinación del gantry deberá ser física

Fecha Pregunta: 2025-09-02 13:57:58

Pregunta 47

Pregunta / Aclaración: Estimada entidad contratante el certificado de experiencia laboral requerido en el ítem 13.3 Experiencia Mínima del Personal Técnico incluye el mecanizado del IESS para el especialista en Instalación y Configuración del Sistema de Tomografía, Coordinador Técnico de Proyecto y Técnico de mantenimiento?

Respuesta / Aclaración: Se deberá incluir también el mecanizado del IESS donde se demuestre la experiencia laboral del personal mínimo requerido además del certificado de trabajo emitido por el oferente

Fecha Pregunta: 2025-09-02 13:58:16

Pregunta 48

Pregunta / Aclaración: Estimada entidad contratante el certificado de experiencia profesional requerido en el ítem 13.3 Experiencia Mínima del Personal Técnico incluye el certificado de capacitación emitido por el fabricante para el especialista en Instalación y Configuración del Sistema de Tomografía, Coordinador Técnico de Proyecto y Técnico de mantenimiento?

Respuesta / Aclaración: Se deberá incluir también el certificado de capacitación emitido por el fabricante

Fecha Pregunta: 2025-09-02 13:58:41

Pregunta 49

Pregunta / Aclaración: Estimada entidad, en la página 13 del TDR se solicita 01 UPS propio con el fin brindar protección de los equipos médicos y la consola que se va a utilizar para el servicio de SISTEMA DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA DE 128 CORTES. Sin embargo, en la ficha TAC03REV04 se solicita en el ítem 11.01, 01 UPS para la consola de adquisición. Por favor confirmar que se puede entregar 01 UPS que cubra el tomógrafo y la consola de adquisición.

Respuesta / Aclaración: Si, el proveedor deberá suministrar un UPS con autonomía de al menos 10 minutos para todo el sistema de tomografía. La UPS podrá estar ubicada dentro de la sala de Tomografía Computada. La UPS no puede ser ubicada en la sala de consola de operación, Se debe cumplir con lo solicitado en la ficha y con un UPS para todo el equipo

Fecha Pregunta: 2025-09-02 13:59:10


Pregunta 50

Pregunta / Aclaración: Estimada entidad, en el ítem 7.05 de la ficha TAC03REV04 se solicita visualización de datos ECG.

Por favor confirmar si dicha visualización debe ser en consola de adquisición y en sala de examen.

Respuesta / Aclaración: El monitor de ECG puede ser integrado al equipo o externo, su ubicación es en la consola de adquisición del equipo.

Fecha Pregunta: 2025-09-02 13:59:30

	DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS		
	ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES		
VERSIÓN: 1.2	CODIGO: GAD-P03-S02-F01-A	FECHA: 2023	PÁG: 11 de 10

Pregunta 51

Pregunta / Aclaración: Estimada entidad, en el ítem 7.06 de la ficha TAC03REV04 se solicita corrección o compensación de arritmia o su equivalente. Por favor aclarar a qué se hace referencia con licencias equivalentes.

Respuesta / Aclaración: El equipo debe ser capaz de realizar la corrección o compensación de arritmia (durante la adquisición) independiente del método en que se realice

Fecha Pregunta: 2025-09-02 13:59:43

Pregunta 52

Pregunta / Aclaración: En caso de la puesta en tierra confirmar si la ubicación es en la parte exterior y trasera del área de imagen.

Respuesta / Aclaración: Se recomienda que las empresas que van a participar realicen una inspección en campo para que se su oferta se ajuste a la realidad del área. Se pueden acercar al hospital de lunes a viernes de 7 a 15#30pm con la responsable del servicio de imagenología,

Fecha Pregunta: 2025-09-02 14:07:31

Pregunta 53

Pregunta / Aclaración: Confirmar el estado de A/A y el valor de la potencia de disipación.

Respuesta / Aclaración: Se recomienda que las empresas que van a participar realicen una inspección en campo para que se su oferta se ajuste a la realidad del área. Se pueden acercar al hospital de lunes a viernes de 7 a 15#30pm con la responsable del servicio de imagenología,

Fecha Pregunta: 2025-09-02 14:07:59

Pregunta 54

Pregunta / Aclaración: Estimados, en los TDR se establece que el proveedor adjudicado será responsable de la desinstalación del equipo a reponer. En este sentido, solicitamos nos indiquen cuál será el destino final de dicho equipo: el proveedor deberá encargarse de su chatarrización o, en su defecto, ¿entregarlo en alguna bodega asignada por el hospital dentro de la misma institución para su almacenamiento?

Respuesta / Aclaración: Estimados, se solicita que la empresa adjudicada realice el trámite correspondiente con la entidad para el proceso de chatarrización o destino de bodega, ya que la entidad entregará la documentación necesaria para dichos procesos.

Fecha Pregunta: 2025-09-02 14:22:48

Pregunta 55

Pregunta / Aclaración: Estimados, en los TDR se indica que el UPS forma parte del objeto de contratación y que su mantenimiento debe contemplarse durante la vida útil del equipo. En este sentido, solicitamos nos aclaren: la garantía de mantenimiento incluida en el precio contempla únicamente los dos primeros años, y posteriormente el proveedor podrá ofrecer el mantenimiento del UPS mediante presupuestos adicionales facturados post garantía, ¿o dentro del precio ofertado debe estar incluido el costo del mantenimiento del UPS durante toda la vida útil 10 años del equipo?

Respuesta / Aclaración: El sistema UPS debe poseer una capacidad eléctrica de al menos 20% más del suministro eléctrico requerido para el funcionamiento normal del Sistema de Tomografía Computarizada de 128 cortes con al menos 10 minutos de autonomía, se deberá presentar una Carta de compromiso de repuesto y accesorios de soporte técnico durante la vigencia tecnológica 10 años de vida útil.


Fecha Pregunta: 2025-09-02 14:24:52

Pregunta 56

Pregunta / Aclaración: ¿Se solicita a la Entidad Contratante, en lo referente a? UPS de Grado Médico que proteja específicamente SISTEMA DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA DE -128 CORTES?, favor aclarar el Hospital dispone de un área adecuada para la instalación del UPS y su tablero de transferencia?

Respuesta / Aclaración: El sistema UPS debe poseer una capacidad eléctrica de al menos 20% más del suministro eléctrico requerido para el funcionamiento normal del Sistema de Tomografía Computarizada de 128 cortes con al menos 10 minutos de autonomía.

Fecha Pregunta: 2025-09-02 14:43:04

	DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS		
	ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES		
VERSIÓN: 1.2	CODIGO: GAD-P03-S02-F01-A	FECHA: 2023	PÁG: 12 de 10

Pregunta 57

Pregunta / Aclaración: Estimada entidad, solicitamos amablemente confirmar si los elementos de protección radiológica solicitadas en el numeral 11.06 deben ser todos plomados

Respuesta / Aclaración: Protecciones con plomo o su equivalente en absorción

Fecha Pregunta: 2025-09-02 14:43:21

Pregunta 58

Pregunta / Aclaración: Estimada Entidad Contratante, agradeceremos puedan brindarnos las dimensiones de las salas dónde se instalará el equipo de tomografía, para con ello validar la posibilidad de implantación del equipo a ofertar. Asimismo, solicitamos pueda anexar el plano donde se detallen los espacios con dimensiones de las áreas físicas.?

Respuesta / Aclaración: Se recomienda que las empresas que van a participar realicen una inspección en campo para que se su oferta se ajuste a la realidad del área. Se pueden acercar al hospital de lunes a viernes de 7 a 15#30pm con la responsable del servicio de imagenología,

Fecha Pregunta: 2025-09-02 14:49:00

Pregunta 59

Pregunta / Aclaración: Estimada entidad contratante, por favor confirmar que el presupuesto asignado corresponde únicamente a la adquisición del equipo con dos años de garantía de fábrica. Y, que los mantenimientos posteriores a la garantía de fábrica, dentro de la vida útil del equipo, es decir del 3er al 10mo año, serán considerados en otra partida presupuestaria y en otro proceso de contratación.

Respuesta / Aclaración: SI. Solo por la duración del contrato (2 años). En el contrato de mantenimiento posterior a garantía se debe incluir el mantenimiento de UPS como parte integral del equipo

Fecha Pregunta: 2025-09-02 15:33:24

Pregunta 60

Pregunta / Aclaración: FRECUENCIA DE VISITAS: En la ficha técnica, ítem 12.06, se indica que durante la vida útil del equipo el proveedor deberá realizar mantenimientos preventivos cada cuatro meses, sin costo para la entidad durante los dos primeros años. Sin embargo, en las especificaciones técnicas, numeral 7.1, se señala que el proveedor adjudicado deberá efectuar mantenimientos preventivos durante la vida útil: sin costo en los dos primeros años, tres visitas durante la garantía técnica y, a partir del tercer año, dos visitas anuales. En este sentido, solicitamos confirmar si la frecuencia de mantenimientos será de tres visitas anuales durante toda la vida útil del equipo, siendo gratuitas los dos primeros años y, desde el tercero hasta el décimo, asumidas con otra partida presupuestaria.

Respuesta / Aclaración: Solo por la duración del contrato (2 años). mantenimiento preventivo los dos primeros años sin costo para la entidad, durante la garantía técnica se realizarán tres visitas, En el contrato de mantenimiento posterior a garantía se debe incluir el mantenimiento de UPS como parte integral del equipo


Fecha Pregunta: 2025-09-02 15:34:41

Pregunta 61

Pregunta / Aclaración: Estimada entidad, en el personal técnico solicitan certificado de prevención de riesgos laborales en energía eléctrica. Considerar que el objeto de contratación es un equipo médico cuya instalación no requiere intervenciones sistemas eléctricos de media o alta tensión, ni manipulación de componentes de alto voltaje. Por lo tanto, dicho certificado no resulta indispensable/obligatorio para garantizar la correcta instalación. Favor confirmar que en reemplazo de esta solicitud se podrá presentar certificaciones emitidas por el fabricante del equipo, el cual garantiza a un personal capacitado en instalación y puesta en marcha de este equipo de esta manera amplían la participación ide proveedores calificados, en concordancia con el Artículo 4 de la LOSNCP principio de libre concurrencia y el principio de proporcionalidad, ambos fundamentales en los procesos de contratación.

Respuesta / Aclaración: los proveedores deben cumplir con los certificados o cartas de compromisos que estén acorde al objeto de contratación o emitidas por el fabricante del equipo

Fecha Pregunta: 2025-09-02 15:36:56

	DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS		
	ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES		
VERSIÓN: 1.2	CODIGO: GAD-P03-S02-F01-A	FECHA: 2023	PÁG: 13 de 10

Pregunta 62

Pregunta / Aclaración: Estimada Entidad, En relación con la solicitud del certificado de prevención de riesgos laborales en energía eléctrica para el personal técnico, solicitamos confirmar que, en caso de estar en proceso de obtención del mismo, será aceptable presentar junto con la oferta una carta compromiso, mediante la cual nos comprometemos a que, de resultar adjudicados, al momento de la firma del contrato el personal técnico contará con el certificado requerido. Esta consulta se formula en el marco del principio de proporcionalidad y libre concurrencia establecido en el Artículo 4 de la LOSNCP, a fin de no restringir la participación de proveedores calificados

Respuesta / Aclaración: los proveedores deben cumplir con los certificados o cartas de compromisos que estén acorde al objeto de contratación o emitidas por el fabricante del equipo

Fecha Pregunta: 2025-09-02 15:37:40

Pregunta 63

Pregunta / Aclaración: Estimada Entidad, En las especificaciones técnicas, numeral 13.1 Equipo mínimo, favor confirmar que será aceptable presentar una carta compromiso, mediante la cual nos comprometemos a que, en caso de resultar adjudicados, contaremos con los equipos mínimos requeridos. Considerar que, conforme a la LOSNCP y su Reglamento, en este parámetro debe evaluarse la DISPONIBILIDAD del equipo mínimo para la ejecución del contrato, y no necesariamente su propiedad solicitando facturas en la mayoría de los ítems. Esta solicitud la hacemos en concordancia con los principios de proporcionalidad y libre concurrencia establecidos en el Artículo 4 de la LOSNCP y con el fin de evitar direccionamientos involuntarios.

Respuesta / Aclaración: los proveedores deben cumplir con los certificados o cartas de compromisos que estén acorde al objeto de contratación o emitidas por el fabricante del equipo.

Fecha Pregunta: 2025-09-02 15:40:27

Pregunta 64

Pregunta / Aclaración: Estimada Entidad, Respecto a la instalación y mantenimiento de tomógrafos, aclaramos que no es necesaria la cámara de ionización solicitada en el equipo mínimo. Este equipo se utiliza únicamente para medición de dosis de radiación en control de calidad y auditorías de protección radiológica, pero no es requisito para instalación, puesta en marcha ni mantenimiento preventivo o correctivo del tomógrafo. La instalación requiere conexión eléctrica, sistema de enfriamiento, verificación de blindaje y pruebas de funcionamiento, tareas que se pueden realizar sin la cámara. La inclusión de este requisito podría generar un direccionamiento involuntario y restringir la participación de proveedores calificados, en concordancia con los principios de proporcionalidad y libre concurrencia del Artículo 4 de la LOSNCP. Solicitamos confirmar que este parámetro no será evaluado.

Respuesta / Aclaración: Estimados, el equipo mínimo solicitado como la cámara de ionización o un similar de medición de radiaciones indispensable tanto para dar servicio de mantenimiento como para la venta de los mismos debido a que con este equipo realizamos las pruebas de verificaron de fugas de rx y que el equipo ofertado cumpla con los requisitos solicitados

Fecha Pregunta: 2025-09-02 15:41:09

Pregunta 65

Pregunta / Aclaración: Estimada Entidad, En las especificaciones técnicas, página 21, se indica que el proveedor deberá presentar un certificado de compromiso garantizando la adquisición de repuestos y accesorios durante la vida útil del equipo 10 años, así como el soporte técnico de fábrica durante la vigencia tecnológica. Solicitamos confirmar que el certificado es solo para garantizar la disponibilidad de este servicio, sin embargo, a partir del tercer hasta el décimo año, estos repuestos, accesorios y soporte técnico tendrán un costo para la entidad, sujetos a otra certificación presupuestaria

Respuesta / Aclaración: La carta de compromiso es para garantizar la adquisición de repuestos y accesorios durante la vida útil del equipo o vigencia tecnológica. El objeto a contratar es la adquisición del sistema de tomografía el cual debe cumplir con los dos años de garantía.


Fecha Pregunta: 2025-09-02 15:42:23

Pregunta 66

Pregunta / Aclaración: Estimada Entidad, En las especificaciones técnicas, página 25, numeral 18. Otros parámetros favor confirmar que el inciso 2 y 8 se trata de la misma carta de compromiso

Respuesta / Aclaración: carta de compromiso de entrega del equipo, carta de compromiso de repuestos y accesorios del sistema tomográfico que garantiza la adquisición durante la vida útil y tecnológica del equipo.

Fecha Pregunta: 2025-09-02 15:43:11

	DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS		
	ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES		
VERSIÓN: 1.2	CODIGO: GAD-P03-S02-F01-A	FECHA: 2023	PÁG: 14 de 10

Pregunta 67

Pregunta / Aclaración: Estimada Entidad, En las especificaciones técnicas, página 25, numeral 18 Otros parámetros, se solicita el manual del equipo. Debido al tamaño de este archivo y al límite de peso del ushay para subir documentos, solicitamos confirmar que será aceptable presentar, junto con la oferta, una carta compromiso mediante la cual nos comprometemos a entregar el manual del equipo al momento de la entrega del equipo.

Respuesta / Aclaración: carta de compromiso de entrega del equipo, carta de compromiso de repuestos y accesorios del sistema tomográfico que garantiza la adquisición durante la vida útil y tecnológica del equipo.

Fecha Pregunta: 2025-09-02 15:43:35

Pregunta 68

Pregunta / Aclaración: Estimada entidad, vemos que el cronograma publicado en el portal y el plazo de ejecución sugieren que el cumplimiento de las obligaciones contractuales se realice como máximo en abril del 2026, además del cierre fiscal del sistema informático financiero estatal a mediados del mes de diciembre de 2025 todo esto nos deja entrever que sería necesario que exista una partida presupuestaria plurianual para poder garantizar el pago en el siguiente ejercicio fiscal. En este sentido, solicitamos confirmar si la presente contratación cuenta con partida presupuestaria plurianual.

Respuesta / Aclaración: Estimado oferente, agradecemos su consulta. Efectivamente, la contratación cuenta con la respectiva certificación presupuestaria, misma que garantiza la disponibilidad de recursos. Respecto a su inquietud, se informa que la presente contratación sí cuenta con partida presupuestaria plurianual, conforme a lo establecido en la normativa vigente y al cronograma de ejecución previsto.

Fecha Pregunta: 2025-09-02 15:43:57

Pregunta 69

Pregunta / Aclaración: Durante la garantía técnica de fábrica y durante la vida útil del equipo el contratista debe cumplir con la provisión de los repuestos, accesorios, partes y piezas necesarios para el mantenimiento preventivo periódico y correctivo, Por favor confirmar que así mismo la contratista será responsable de tratamiento de dichos repuestos por lo que solicitamos que se aclare que los repuestos defectuosos serán devueltos al contratista para su debido tratamiento.

Respuesta / Aclaración: todo proveedor de equipos de sistema de tomografía debe presentar La carta de compromiso es para garantizar la adquisición de repuestos y accesorios durante la vida útil del equipo o vigencia tecnológica

Fecha Pregunta: 2025-09-02 15:44:39

Pregunta 70

Pregunta / Aclaración: Estimada entidad contratante favor confirmar si la licencia institucional del hospital provisto por el MERNNR está vigente, y de ser así hasta que fecha está vigente para evitar futuros contratiempos con la importación y nacionalización del equipo solicitado.

Respuesta / Aclaración: la licencia se encuentra en tramite a la espera que el MEM la emita para los debidos procesos


Fecha Pregunta: 2025-09-02 15:44:55

Pregunta 71

Pregunta / Aclaración: Referente al Plazo de ejecución, si bien se ha establecido en 180 contados a partir desde la fecha de la notificación que el anticipo se encuentra disponible, tener presente que dicho plazo tampoco podrá ser contabilizado sin la entrega oportuna de los permisos del MERNNR y no dependerá de la contratista cualquier demora en los plazos si estos tuvieran que ver con licenciamiento. Por favor aclarar que el plazo será contado a partir de la notificación del anticipo y la entrega oportuna de los documentos habilitantes emitidos por MERNNR.

Respuesta / Aclaración: los plazos de entrega se están estipulados en los términos de referencia, a la espera que en MEM nos emita la licencia.

Fecha Pregunta: 2025-09-02 15:45:10

	DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS		
	ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES		
VERSIÓN: 1.2	CODIGO: GAD-P03-S02-F01-A	FECHA: 2023	PÁG: 15 de 10

Pregunta 72

Pregunta / Aclaración: Estimada Entidad, favor confirmar si el área donde funcionará el equipo cuenta con infraestructura de red y servicio de internet para mantener conexión remota de los equipos

Respuesta / Aclaración: Se recomienda que las empresas que van a participar realicen una inspección en campo para que se su oferta se ajuste a la realidad del área. Se pueden acercar al hospital de lunes a viernes de 7 a 15#30pm con la responsable del servicio de imagenología,

Fecha Pregunta: 2025-09-02 15:45:30

Pregunta 73

Pregunta / Aclaración: Estimada entidad favor confirmar si se debe considerar mobiliario como escritorio y silla para cada una de las estaciones de trabajo.

Respuesta / Aclaración: El proveedor deberá asumir el costo de las adecuaciones necesarias para la correcta instalación y funcionamiento del bien ofertado, sus accesorios y sistema UPS. El sistema de climatización actual puede ser utilizado y/o actualizado, siempre que garantice el funcionamiento adecuado del equipo de tomografía.

Fecha Pregunta: 2025-09-02 15:45:42

Pregunta 74

Pregunta / Aclaración: Estimada Entidad para determinar los costos del proyecto al momento de la subasta es necesario realizar una visita para cuantificar el valor de los rubros de infraestructura que se deben ofertar, por lo que solicitamos un contacto nombre, cargo y celular para coordinar una visita.

Respuesta / Aclaración: Dra. Oricel Fernandez Oliva, tel: 0958897765, Lcda Elizabeth Chernes N tel 0983667863

Fecha Pregunta: 2025-09-02 15:46:00

Pregunta 75

Pregunta / Aclaración: Estimada entidad, solicitamos se confirme si cuentan con un transformador dedicado para el equipo y, en caso afirmativo, si este se encuentra operativo, favor confirmar que puede ser utilizado con el nuevo equipo a ofertar. Asimismo, agradeceremos se indique el voltaje de funcionamiento y la capacidad disponible en KVAs.

Respuesta / Aclaración: Se recomienda que las empresas que van a participar realicen una inspección en campo para que se su oferta se ajuste a la realidad del área. Se pueden acercar al hospital de lunes a viernes de 7 a 15#30pm con la responsable del servicio de imagenología,

Fecha Pregunta: 2025-09-02 15:46:16

Pregunta 76

Pregunta / Aclaración: Estimados, Indicar el voltaje de alimentación o salida que dispone la entidad para la instalación del equipo.

Respuesta / Aclaración: Se recomienda que las empresas que van a participar realicen una inspección en campo para que se su oferta se ajuste a la realidad del área. Se pueden acercar al hospital de lunes a viernes de 7 a 15#30pm con la responsable del servicio de imagenología,

Fecha Pregunta: 2025-09-02 15:46:29

Pregunta 77

Pregunta / Aclaración: Estimados, Favor indicar si disponen de una malla a tierra independiente para el equipo y el valor de la resistencia de la malla de tierra con la que se cuenta.

Respuesta / Aclaración: Se recomienda que las empresas que van a participar realicen una inspección en campo para que se su oferta se ajuste a la realidad del área. Se pueden acercar al hospital de lunes a viernes de 7 a 15#30pm con la responsable del servicio de imagenología,


Fecha Pregunta: 2025-09-02 15:46:40

Pregunta 78

Pregunta / Aclaración: Estimada entidad, favor su ayuda compartiendo los planos o las dimensiones del área donde se va a instalar el equipo a ofertar, para conocer si las dimensiones cumplen con lo requerido por el fabricante.

Respuesta / Aclaración: Se recomienda que las empresas que van a participar realicen una inspección en campo para que se su oferta se ajuste a la realidad del área. Se pueden acercar al hospital de lunes a viernes de 7 a 15#30pm con la responsable del servicio de imagenología,

Fecha Pregunta: 2025-09-02 15:46:55

	DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS		
	ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES		
VERSIÓN: 1.2	CODIGO: GAD-P03-S02-F01-A	FECHA: 2023	PÁG: 16 de 10

Pregunta 79

Pregunta / Aclaración: Estimada entidad, favor confirmar en que piso se encuentra el área para la instalación del equipo

a ofertar Planta alta o PB

Respuesta / Aclaración: Se recomienda que las empresas que van a participar realicen una inspección en campo para que se su oferta se ajuste a la realidad del área. Se pueden acercar al hospital de lunes a viernes de 7 a 15#30pm con la responsable del servicio de imagenología,

Fecha Pregunta: 2025-09-02 15:47:07

Pregunta 80

Pregunta / Aclaración: Estimada entidad, favor confirmar que la entidad cuenta con climatización en el área a instalar el

equipo

Respuesta / Aclaración: Se recomienda que las empresas que van a participar realicen una inspección en campo para que se su oferta se ajuste a la realidad del área. Se pueden acercar al hospital de lunes a viernes de 7 a 15#30pm con la responsable del servicio de imagenología,

Fecha Pregunta: 2025-09-02 15:47:21

Pregunta 81

Pregunta / Aclaración: Estimada entidad en las especificaciones técnicas pagina 13 indican que será responsabilidad del proveedor adjudicado realizar la desinstalación del equipo existente. Favor confirmar si el almacenamiento del equipo actual será en las mismas instalaciones del Hospital

Respuesta / Aclaración: Estimados, se solicita que la empresa adjudicado realice el trámite correspondiente con la entidad para el proceso de chatarización o bodegaje en las instalaciones del hospital ya que la entidad entregará la documentación necesaria para dichos proceso.

Fecha Pregunta: 2025-09-02 15:47:34

Pregunta 82

Pregunta / Aclaración: Estimados, En caso de disponer un espacio muy reducido, favor indicar si la sala o área de intervención tiene disponibilidad a cambios o ampliaciones derrocar paredes, añadir espacio de, salas contiguas, ampliar vano de puerta.

Respuesta / Aclaración: Se recomienda que las empresas que van a participar realicen una inspección en campo para que se su oferta se ajuste a la realidad del área. Se pueden acercar al hospital de lunes a viernes de 7 a 15#30pm con la responsable del servicio de imagenología,

Fecha Pregunta: 2025-09-02 15:47:47

Pregunta 83

Pregunta / Aclaración: Estimados, Favor enviar la memoria de cálculo estructural de la sala donde se instalará el equipo

Respuesta / Aclaración: Se recomienda que las empresas que van a participar realicen una inspección en campo para que se su oferta se ajuste a la realidad del área. Se pueden acercar al hospital de lunes a viernes de 7 a 15#30pm con la responsable del servicio de imagenología,


Fecha Pregunta: 2025-09-02 15:48:03

Pregunta 84

Pregunta / Aclaración: Estimada entidad favor confirmar si tienen un área específica cuarto para la instalación del UPS

Respuesta / Aclaración: Se recomienda que las empresas que van a participar realicen una inspección en campo para que se su oferta se ajuste a la realidad del área. Se pueden acercar al hospital de lunes a viernes de 7 a 15#30pm con la responsable del servicio de imagenología,

Fecha Pregunta: 2025-09-02 15:48:18

	DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS		
	ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES		
VERSIÓN: 1.2	CODIGO: GAD-P03-S02-F01-A	FECHA: 2023	PÁG: 17 de 10

Pregunta 85

Pregunta / Aclaración: ¿Estimada entidad favor confirmar si tienen un área específica para la instalación del transformador, en caso de requerirse?

Respuesta / Aclaración: Se recomienda que las empresas que van a participar realicen una inspección en campo para que se su oferta se ajuste a la realidad del área. Se pueden acercar al hospital de lunes a viernes de 7 a 15#30pm con la responsable del servicio de imagenología,

Fecha Pregunta: 2025-09-02 15:48:43

Pregunta 86

Pregunta / Aclaración: Estimada entidad favor compartir los planos arquitectónicos, estructurales, civiles, eléctricos, climatización y sanitario del edificio

Respuesta / Aclaración: Se recomienda que las empresas que van a participar realicen una inspección en campo para que se su oferta se ajuste a la realidad del área. Se pueden acercar al hospital de lunes a viernes de 7 a 15#30pm con la responsable del servicio de imagenología,

Fecha Pregunta: 2025-09-02 15:48:57

Pregunta 87

Pregunta / Aclaración: ¿Estimada entidad favor confirmar si existe un espacio disponible para el almacenamiento de las cajas de equipo durante la instalación?

Respuesta / Aclaración: Se recomienda que las empresas que van a participar realicen una inspección en campo para que se su oferta se ajuste a la realidad del área. Se pueden acercar al hospital de lunes a viernes de 7 a 15#30pm con la responsable del servicio de imagenología,

Fecha Pregunta: 2025-09-02 15:49:12

Pregunta 88

Pregunta / Aclaración: Estimada Entidad, favor indicar si cuentan con vestidores para pacientes cerca del área, y confirmar que en caso de no contar esto será responsabilidad de la entidad contratante?

Respuesta / Aclaración: Se recomienda que las empresas que van a participar realicen una inspección en campo para que se su oferta se ajuste a la realidad del área. Se pueden acercar al hospital de lunes a viernes de 7 a 15#30pm con la responsable del servicio de imagenología,

Fecha Pregunta: 2025-09-02 15:49:23

Pregunta 89

Pregunta / Aclaración: Estimada entidad, favor indicar la especificación de blindaje de puerta ventana y paredes del área.

Respuesta / Aclaración: Se recomienda que las empresas que van a participar realicen una inspección en campo para que se su oferta se ajuste a la realidad del área. Se pueden acercar al hospital de lunes a viernes de 7 a 15#30pm con la responsable del servicio de imagenología.

Fecha Pregunta: 2025-09-02 15:51:13

Pregunta 90

Pregunta / Aclaración: Estimada Entidad, En la ficha técnica, ítem 4.03, solicitan que la mesa del tomógrafo tenga una capacidad de carga mayor o igual 220 kg. Cabe señalar que, según los estándares internacionales, las mesas de tomógrafos suelen cubrir un rango entre 200 kg y más de 300 kg, garantizando seguridad y correcto funcionamiento. Por lo antes expuesto favor confirmar que se podrá participar con una mesa de 205 kg 452 lb, fabricada bajo normas internacionales, suficiente para la gran mayoría de pacientes y sin afectar la operatividad del equipo. La exigencia actual podría restringir la participación de proveedores calificados sin generar un beneficio clínico adicional.


Esta consulta se fundamenta en el principio de proporcionalidad y libre concurrencia establecido en el Artículo 4 de la LOSNCP, orientado a asegurar mayor apertura y competitividad en el presente proceso de contratación.

Respuesta / Aclaración: estimado se debe garantizar el correcto funcionamiento del equipo, sin afectación al momento del uso en el paciente.

Fecha Pregunta: 2025-09-02 16:41:37

4.- ACLARACIONES

5.- VARIOS

	DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS		
	ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES		
VERSIÓN: 1.2	CODIGO: GAD-P03-S02-F01-A	FECHA: 2023	PÁG: 18 de 10

Una vez elaborada la presente acta, el secretario pone en conocimiento de los miembros de la Comisión Técnica, la misma que es aprobada en todo su contenido.

Sin haber otros asuntos que tratar y siendo las 09H00 de la fecha indicada al inicio, el presidente de la Comisión Técnica declara terminada la sesión.

Para constancia de lo actuado firman los miembros de la Comisión Técnica, conjuntamente el secretario que lo certifica.

Lcda. Manuela del Rocío Pazmiño Fuentes
Presidente de la Comisión Técnica

Lcda. Elizabeth Katherine Chernes Naranjo
Titular del área Requiriente

Mgs. Juan Alberto Morante Ramírez (AUSENTE)
Profesional afín al objeto de la contratación

El secretario del proceso sin voz ni voto deja constancia que el contenido de la presente acta fue realizado de conformidad a las resoluciones tomadas por los miembros de la Comisión Técnica, por lo que, certifica lo actuado

Tnlgo. David Valdiviezo Cerezo
Secretario de la Comisión Técnica

Notas: Las aclaraciones que se realicen no podrán alterar el objeto del contrato y el presupuesto referencial.
La Comisión Técnica o el delegado responsable de la ejecución precontractual, tiene la obligación de entregar el Acta al Gestor responsable del proceso en el SOCE, con tiempo suficiente para su publicación.
La Comisión Técnica se reunirá con la presencia de al menos dos de sus miembros, uno de los cuales será obligatoriamente el presidente, quien tendrá voto dirimente. Adoptará decisiones válidas por mayoría simple.
La Comisión Técnica podrá integrar subcomisiones técnicas de apoyo para el análisis de las ofertas técnicas presentadas, para lo cual deberá observar lo establecido en el artículo 59 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.